



Asbest-Services



**BITUMEN, DACHPAPPE,
TEERPAPPE**



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



**ASPHALT, GUSSASPHALT,
SCHWARZDECKEN**



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 (ehem. BIA)
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,008%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



PVC-BODENBELÄGE, LINOLEUM



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%



FARBANSTRICHE, FLIESENKLEBER



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%
Paket-Nr.: 12422



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



**BRAUNE UND SCHWARZE
BITUMENKLEBER**



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%
Paket-Nr.: 12422



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



FENSTERKITT



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%







MAGNESIAESTRICH, STEINHOLZ, ZEMENTESTRICH



Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487	
Nachweis:	Quantitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	0,1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 Anhang B	
Nachweis:	Qualitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	

AUSGLEICHSMASSE, FUGENMASSE, DICHTUNGSMASSE, MÖRTEL



Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487	
Nachweis:	Quantitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	0,1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 Anhang B	
Nachweis:	Qualitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	

DÄMMMATERIALIEN AUS NACHTSPEICHERÖFEN



Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung	
Nachweis:	Schätzwert gemäß VDI	
Nachweisgrenze:	0,1%	
Methode/Paketname:	VDI 3866 Blatt 5 Anhang B	
Nachweis:	Qualitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	
Methode/Paketname:	Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern	
Nachweis:	Qualitativ	
Nachweisgrenze:	0,001%	

FILZ



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 0,1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ

Nachweisgrenze: 0,001%



Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern

Nachweis: Qualitativ

Nachweisgrenze: 0,001%



FLOOR-FLEX-PLATTEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 0,1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B


Nachweis: Qualitativ

Nachweisgrenze: 0,001%



FASERZEMENT-PRODUKTE

(Asbestzement, Faserzement, Eternit)



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%




LEICHTBAUPLATTEN, PROMABEST



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

LEICHTBAUPLATTEN, SOKALITH, NEPTUNIT, BAUFATHERM



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%

ASBESTSCHNÜRE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%



ASBESTGEWEBE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



ASBESTPAPPE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



SPRITZASBEST, STOPFMASSEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



FLANSCHDICHTUNGEN, UNTERLEGSCHIEBEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

Nachweisgrenze: 1%



ASBESTHALTIGE DICHTUNG



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%




Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



ELEKTRISCHE BAUTEILE, ELEKTROGERÄTE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%



KIESELGUR (DIATOMEENERDE)



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%




Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001%



CUSHION-VINYL



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1%

